

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.207-02

Nacionalinė akreditacijos įstaiga patvirtina, kad

atitinka

MB „Metrotechas“ Kalibravimo laboratorija

LST EN ISO/IEC 17025:2018

juridinio asmens pavadinimas: MB „Metrotechas“
juridinio asmens kodas: 305149887

reikalavimus

ir yra kompetentinga vykdyti šią akredituotą veiklą:

matavimo priemonių kalibravimą

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2023-09-25**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2025-03-06**

Dėstoma versija patvirtinta: **2026-05-29**

Pažymėjimas galioja iki: **2028-09-24**

Akreditacijos departamento direktorius



TADAS JUODELIS

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinės akreditacijos įstaigos sprendimu. Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje lasa.lrv.lt.




MB „Metrotechas“ Kalibravimo laboratorija, akredituota **LST EN ISO/IEC 17025:2018** atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Rugiagėlių g. 1, Kakliniškės, 26138 Elektrėnai

Kalibravimo ir matavimo galimybė (anglų k. – CMC), išreikšta kaip:

Matuojamas dydis	Kalibravimo metodo ar procedūros žymuo	Kalibruojamos matavimo priemonės tipas	Matavimo ribos ir kiti parametrai (kai taikoma)	Matavimo neapibrėžtis
Jėga, N	LST ISO 21069-1:2011 KM J-1 (2024-12-20)	Automobilių stabdžių parametrų matavimo stendai	Kalibruojami dinamometru >300 N...400 N >400 N ... 500 N >500 N ... 1000 N >1000 N ... 3000 N >3000 N ... 9000 N >9000 N ... 40000 N	1,99 % 1,50 % 1,17 % 0,58 % 0,20 % 0,07 %
Pagreitis, m/s ²	KM P-1 (2024-12-20)	Automobilių lėtėjimo pagreičio matuokliai	0,01 – 9,815 m/s ²	0,010 m/s ²
Šviesos srauto pokrypis, %	KM S-1 (2026-04-20)	Priekinių automobilių žibintų šviesos srauto pokrypio matuokliai	(-0,75...0,75) %	0,059 %
Šviesos pralaidumas	KM Š-1 (2020-05-01)	Automobilių stiklų šviesos pralaidumo matavimo prietaisai	(0...100) %	
			0,94%	0,12%
			10,8%	0,12%
			31,8%	0,31%
			33,1%	0,31%
			49,6%	0,41%
			51,8%	0,41%
			72,0%	0,51%
			91,5%	0,71%
			Dūmingumo matavimo priemonės	
			(28,0...66,9) %	
			28,0%	0,51 %
			50,4%	0,41 %
			66,9%	0,31 %



Kalibravimo ir matavimo galimybė (anglų k. – CMC), išreikšta kaip:				
Matuojamas dydis	Kalibravimo metodo ar procedūros žymuo	Kalibruojamos matavimo priemonės tipas	Matavimo ribos ir kiti parametrai (kai taikoma)	Matavimo neapibrėžtis
Dujų koncentracija CO, CO ₂ , HC, O ₂	KM D-1 (2020-05-01)	Automobilių išmetamųjų dujų analizatoriai	(0,76...2,57) m ⁻¹	
			0,76 m ⁻¹	0,51%
			1,63 m ⁻¹	0,41%
			2,57 m ⁻¹	0,31 %
			(0...25) tūr.% O ₂	1,1%
			(0,5 ... 9) tūr.% CO	1,1%
			(0,6 ... 14) tūr.% CO ₂	1,1%
			(200 ... 2000) ppm HC	1,1%

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinės akreditacijos įstaigos sprendimo, kuriuo jis patvirtintas, priedas