

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.279-01

Nacionalinė akreditacijos įstaiga patvirtina, kad

atitinka

UAB „Axioma Metering“ laboratorija

LST EN ISO/IEC 17025:2018

juridinio asmens pavadinimas: UAB "Axioma Metering"
juridinio asmens kodas: 304545403

reikalavimus

ir yra kompetentinga vykdyti šią akredituotą veiklą:


vandens skaitiklių bandymus

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2026-04-03**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2026-04-03**
Dėstoma versija patvirtinta: **2026-04-03**
Pažymėjimas galioja iki: **2031-04-02**

Akreditacijos departamento direktorius



TADAS JUODELIS

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinės akreditacijos įstaigos sprendimu. Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje lasa.lrv.lt.





LIETUVOS
AKREDITACIJA



Bandymai / tyrimai
ISO/IEC 17025



AKREDITAVIMO SRITIS

UAB „Axioma Metering“ laboratorija, akredituota LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Veterinarų g. 52, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r.

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma)	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
Vandens skaitikliai – kurių nuolatinis srautas $Q \leq 5 \text{ m}^3/\text{h}$, didžiausias darbo slėgis (MAP) $\leq 16 \text{ bar}$, temperatūros klasės T30, T50 ir aplinkos klasė B	Pirminės patikros bandymai	LST EN ISO 4064-2:2025 / OIML R 49-2:2024 10.1 p./10.1 p.	Gravimetrinis arba tūrinis metodas

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip
Nacionalinės akreditacijos įstaigos sprendimo, kuriuo jis patvirtintas, priedas