



Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.095, išduoto 2019-10-28  
priedas, patvirtintas Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus  
2019-10-28 įsakymu Nr. AK-175

1 ( 1 ) puslapis

**Akredituota LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai**

**LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS STEBĖJIMŲ DEPARTAMENTO  
MATAVIMŲ TECHNIKOS SKYRIUS  
(Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius)**

**AKREDITAVIMO SRITIS**

| Tikrinamojo/bandomojo objekto pavadinimas                                                                                          | Bandymo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas | Dokumento, nustatančio bandymų metodus žymuo, skyrius, punktas |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <i>1</i>                                                                                                                           | <i>2</i>                                                       | <i>3</i>                                                       |
| Anemometrai oro srauto greičiui matuoti<br>Matavimo ribos (0,5...40) m/s<br>Leistinoji paklaida nuo $\pm 3 \%$                     | Metrologinės charakteristikos                                  | BPM 8871101-132:2008                                           |
| Barometrai gyvsidabrio indeliniai<br>Matavimo ribos (810...1060) hPa<br>Leistinoji paklaida nuo $\pm 0,5$ hPa                      | Metrologinės charakteristikos                                  | PM 9074324-16:2000                                             |
| Barometrai membraniniai ir skaitmeniniai<br>Matavimo ribos (800...1060) hPa<br>Leistinoji paklaida nuo $\pm 0,25$ hPa              | Metrologinės charakteristikos                                  | PM 9074324-17:2000                                             |
| Skaitmeniniai drėgmėmačiai<br>Matavimo ribos (20...100) %RH<br>Leistinoji paklaida pagal tipo techninius dokumentus                | Metrologinės charakteristikos                                  | BPM 8871101-129:2008<br>PAKEITIMAS 1, 2010-03-29               |
| Spiritiniai ir gyvsidabriniai meteorologiniai termometrai<br>Matavimo ribos (-40...+60) °C<br>Leistinoji paklaida nuo $\pm 0,1$ °C | Metrologinės charakteristikos                                  | BPM 9074324-02:2000                                            |
| Skaitmeniniai termometrai<br>Matavimo ribos (-40...+60) °C<br>Leistinoji paklaida nuo $\pm 0,1$ °C                                 | Metrologinės charakteristikos                                  | BPM 8871101-129:2008<br>PAKEITIMAS 1, 2010-03-29               |

Direktoriaus pavaduotojas,  
atliekantis direktoriaus funkcijas

Tadas Juodelis