

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.01.157

Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtina, kad

atitinka

**UAB „Verslo Aljansas“
Fizikinių tyrimų laboratorija**

LST EN ISO/IEC 17025:2018

juridinio asmens pavadinimas: UAB „Verslo Aljansas“
juridinio asmens kodas: 302327605

reikalavimus

ir yra kompetentinga vykdyti:

apšvietimo, elektromagnetinių laukų, šiluminės aplinkos, akustinio triukšmo, vibracijos tyrimus

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2016-03-04**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2026-02-12**

Dėstoma versija patvirtinta: **2025-12-29**

Pažymėjimas galioja iki: **2031-02-11**

Direktorė



DALIA BALEŽENTĖ

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimu.
Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje nab.lrv.lt.



UAB „Verslo Aljansas“ Fizikinių tyrimų laboratorija, akredituota LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Jonavos g. 196, LT-44132 Kaunas

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma)	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
Dirbtinis ir natūralus apšvietimas darbo vietose	Dirbtinio apšvietimo apšvietos lygis Natūralios apšvietos koeficientas	HN 98:2014 DI(L)-05:2019 (1 leidimas)	Natūriniai matavimai ir skaičiavimas pagal matavimų rezultatus
Kintantis žemadažnis elektromagnetinis laukas (5 Hz – 2 kHz) darbo aplinkoje	Elektrinio lauko stipris Magnetinio lauko stipris Magnetinio srauto tankis	LST EN 50413:2020 5.2 p. ir 7 sk.	Natūriniai matavimai ir skaičiavimas pagal matavimų rezultatus
Elektromagnetinis laukas (5 Hz - 400 kHz) darbo vietoje su vaizduokliais	Elektrinio lauko stipris Magnetinio srauto tankis	TN 01:1998 DI(L)-01:2015 (1 leidimas)	Natūriniai Matavimai
Šiluminė aplinka (mikroklimatas) darbo, gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų	Oro temperatūra Oro santykinis drėgnumas Oro judėjimo greitis	HN 69:2003 HN 42:2009	Natūriniai matavimai
Akustinis triukšmas darbo aplinkoje	Bendroji 8h kasdieninio veikiančio triukšmo (ekspozicijos) lygio vertė; Kasdieninis veikiančio triukšmo (ekspozicijos) lygis darbo operacijai; Didžiausiasis akimirkinis garso slėgio lygis	LST EN ISO 9612:2025	Ekspertinis skaičiavimas pagal natūrinių matavimų rezultatus

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma)	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
Vibracija darbo vietose (visą žmogaus kūną veikianti ir per rankas perduodama)	Bendroji 8h kasdienio veikimo vertė; bendroji kasdienio veikimo vertė darbo operacijai; svertinio pagreičio vidutinės kvadratinės vertės pagal veikimo kryptis. Vibracijos pagreičio lygiai 1/1 ir 1/3 oktavų dažniuose	LST ISO 2631-1:2004 išskyrus 6.3 p. LST ISO 2631 1:2004/ A1:2010 LST EN 14253:2004+ A1:2008 LST EN ISO 5349-1:2002 LST EN ISO 5349-2:2002 LST EN ISO 5349-2:2002/ A1:2015	Skaičiavimas pagal natūrinių matavimų rezultatus

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, priedas