



Akredituota LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai

UAB „Limeta“ Medicinos technikos laboratorija
(V. A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius)

AKREDITAVIMO SRITIS

Tiriamasis/ bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius	Metodo tipas, principas
Elektromedicininiai prietaisai (EM), Elektrokardiografai	EM įrenginių identifikavimas, žymėjimas ir dokumentai. Lydimieji dokumentai. Apsauga nuo EM įrenginių keliamų elektros pavojų: apsauginis įžeminimas, nuotėkio srovė ir papildomoji pacientu tekanti srovė	LST EN 60601-1:2007, LST EN 60601- 1:2007/AC:2010, p. 7.9, p. 8.6.4, p. 8.7.1-8.7.4, LST EN 60601-2-25:2016 p. 208.1	Tiesioginio palyginimo
Garso tono audiometrai Garso slėgis: ribos (0...130)dB, paklaidos: ± 3 dB, dažnio ribose (125... 4000) Hz ir ± 5 dB, kai dažnis > 4000 Hz Vibracija: ribos (0...130) dB, paklaidos: ± 4 dB, dažnio ribose (125...4000) Hz ir ± 5 dB, kai dažnis > 4000 Hz	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 221906050-139:2013	Tiesioginio palyginimo
Neinvaziniai kraujospūdžio matuokliai (neautomatizuoti): ribos (0...260) mmHg; paklaidos: ±3 mmHg arba ≤2%p periodinei patikrai	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 120229395-05:2015	Tiesioginio palyginimo
Neinvaziniai automatiniai kraujospūdžio matuokliai: ribos (0...260) mmHg; paklaidos: ±3 mmHg arba ≤2%p periodinei patikrai	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 120229395-27:2018	Tiesioginio palyginimo

Direktoriaus pavaduotojas

Tadas Juodelis