

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.06.053

Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtina, kad

atitinka

UAB „Skaitma“ laboratorija

LST EN ISO/IEC 17020:2012

juridinio asmens pavadinimas: UAB „Skaitma“
juridinio asmens kodas: 302706523

reikalavimus

ir yra kompetentinga vykdyti:

**matavimo priemonių tikrinimą
kaip A tipo kontrolės įstaiga**

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2012-02-27**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2024-06-25**

Dėstoma versija patvirtinta: **2024-06-25**

Pažymėjimas galioja iki: **2027-12-01**

Direktorė



DĀLIA BALEŽENTĖ

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimu. Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje nab.lrv.lt.





AKREDITAVIMO SRITIS

UAB „Skaitma“ laboratorija, akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Draugystės g. 20, LT-89167 Mažeikiai

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Mechaniniai slėgmačiai su tampriuoju matavimo elementu (išskyrus savirašius) Matavimo ribos: (0...2,5) MPa, tikslumo klasė 1 ir žemesnė	Metrologinė patikra	BPM 111955219-13:2023
Šalto vandens ir karšto vandens skaitikliai Debito matavimo ribos: Šalto vandens skaitikliai (0,016 ... 16,00) m ³ /h. Karšto vandens skaitikliai (0,016 ... 2,5) m ³ /h. Tūrio matavimo paklaida: ± 5 %, esant debitui $Q_{min} \leq Q < Q_t$ ± 2 %, esant debitui $Q_t \leq Q \leq Q_{n1}, Q_{x2}$ ir vandens temperatūrai iki 30 °C ± 3 %, esant debitui $Q_t \leq Q \leq Q_{n1}, Q_{x2}$ ir vandens temperatūrai virš 30 °C	Metrologinė patikra	BPM 111955219-29:2023

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, priedas