



Akredituota LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai

UAB „METROLOGINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS“ METROLOGIJOS LABORATORIJA
(K. Petrausko g. 26, 44156 Kaunas)

AKREDITAVIMO SRITIS

Bandomojo objekto pavadinimas	Bandymo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas	Dokumento, nustatančio bandymų metodus žymuo skyrius, punktas
Degalų matavimo ir išduoto kiekio apskaitos sistemos degalinėse kolonėlė: Maksimalus debitas 160 dm ³ /min; Tūrio matavimo leistinoji paklaida ±0,5 %	Metrologinės charakteristikos	BPM 6686068-26:2013
Suskystintųjų naftos (propano-butano) dujų matavimo ir išduoto kiekio apskaitos sistemos degalinėse: Maksimalus debitas 70 dm ³ /min; Tūrio matavimo leistinoji paklaida ±1,0 %	Metrologinės charakteristikos	BPM 8871101-35:2013
Autocisternos: Skysčio tūrio matavimo leistinoji paklaida ±0,005·V; Gradavimo paklaida ±0,002·V	Metrologinės charakteristikos	BPM 8871101-95:2005 PAKEITIMAS 1 2006-11-09
Elektroninės svarstyklės: matavimo ribos (0 ... 130) kg; tikslumo klasės (III ir IIII)	Metrologinės charakteristikos	BPM 8871101-08:2013
Techniniai manometrai: matavimo ribos (0 ... 10) MPa; tikslumo klasės (1 ... 5)	Metrologinės charakteristikos	BPM 8871101-13:2000
Skystų produktų talpyklos: Vardinė talpa (3 ... 200) m ³ ; Talpyklos gradavimo paklaida ±0,3%	Metrologinės charakteristikos	BPM 8871101-96/1:2005
Vertikalios cilindrinės talpyklos (be išorinės termoizoliacijos): Talpyklos gradavimo paklaida ±0,2%	Metrologinės charakteristikos	BPM 8871101-84:2004 PAKEITIMAS 1 2005-01-18
Vertikalios cilindrinės talpyklos (su išorine termoizoliacija): Talpyklos gradavimo paklaida ±0,2%	Metrologinės charakteristikos	BPM 8871101-85:2004 PAKEITIMAS 1 2005-01-18
Skystų produktų talpyklos: Talpyklos gradavimo paklaida: - vertikali cilindrinė talpykla ±0,2%; - horizontali cilindrinė talpykla ±0,3%; - kitos talpyklos ±0,5%	Metrologinės charakteristikos	BPM 300637345-01:2013