

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.06.040

Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtina, kad

atitinka

UAB DEKRA Industrial C tipo Kontrolės įstaiga

LST EN ISO/IEC 17020:2012

juridinio asmens pavadinimas: UAB „DEKRA Industrial“
juridinio asmens kodas: 301845573

reikalavimus

ir yra kompetentinga vykdyti:

**matavimo priemonių tikrinimą
kaip C tipo kontrolės įstaiga**

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2010-12-29**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2025-11-16**

Dėstoma versija patvirtinta: **2025-08-29**

Pažymėjimas galioja iki: **2030-11-15**

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas


TADAS JUODELIS

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimu. Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje nab.lrv.lt.





AKREDITAVIMO SRITIS

UAB DEKRA Industrial C tipo Kontrolės įstaiga, akredituota kaip *C tipo kontrolės įstaiga* **LST EN ISO/IEC 17020:2012** atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Taikos pr. 7, LT-31107, Visaginas

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Visų tipų ultragarsiniai defektoskopai su A-scan išsklotine Centrinio dažnio ribos (0,1 ... 30) MHz, Paklaida $\leq \pm 10 \%$	Techninis patikrinimas	LST EN ISO 22232-1:2020 (2-oji grupė)
Ultragarsinė fazių gardelių įranga Dažnio ribos (0,1 ... 30) MHz, Paklaida $\leq 10 \%$	Techninis patikrinimas	LST EN ISO 18563-1:2022 (2-oji grupė)
Visų tipų ultragarsiniai stomačiai Matavimo ribos (1 ... 250) mm, Paklaida $\pm 0,01$ mm ir didesnė	Techninis patikrinimas	LST EN ISO 16831:2025 (2-oji grupė)
Visų tipų sūkurinių srovių defektoskopai Dažnio ribos 10 Hz ... 25 MHz, Paklaida $\leq \pm 10 \%$	Techninis patikrinimas	LST EN ISO 15548-1:2014 (2-as kontrolės lygis)
Elektromagnetai, stacionarūs magnetai, srovės generatoriai Magnetinio lauko stipris ≥ 2 kA/m	Techninis patikrinimas	LST EN ISO 9934-3:2016 (4 skyrius)

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, priedas