

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.105-01

Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtina, kad

atitinka

UAB „Siventa”

LST EN ISO/IEC 17025:2018

juridinio asmens kodas: 303551435

reikalavimus

ir yra kompetentinga vykdyti:

vėdinimo įrenginių, rekuperatorių, šilumokaičių, oro ruošimo agregatų nuotėkio, aerodinaminius, šiluminius ir akustinius bandymus

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2019-08-28**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2024-08-28**

Dėstoma versija patvirtinta: **2024-08-07**

Pažymėjimas galioja iki: **2029-08-27**

Direktorė



DALIA BALEŽENTĖ

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimu. Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje nab.lrv.lt.



UAB „Siventa”, akredituota **LST EN ISO/IEC 17025:2018** atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma)	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
Ventiliatoriai ir vėdinimo įrenginiai	Slėgis ir statinis slėgis Oro masės ir tūrio srautas Elektrinė galia Bendras naudingumas ir bendras statinis naudingumas	LST EN ISO 5801 išsk. 8.6, 9.5 sk; A.5, A.6 pr.	Eksplotacinių charakteristikų nustatymas, naudojant standartizuotus ortakius. Slėgių skirtumo metodas. Oro srautas nustatomas skirtuminiais slėgio įtaisais. Elektrinės galia nustatoma vatmetro metodu. Naudingumo apskaičiavimas
Gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginiai	Santykinis išorinis nuotėkis Santykinis vidinis nuotėkis Oro recirkuliacijos dalis	LST EN 13141-7 7.2.1.2, 7.2.1.3 sk.	Slėgių skirtumo metodas. Dujų nuotėkio bandymo metodas
	Pilnutinis slėgis Oro masės ir tūrio srautas Elektrinė galia Specifinė galia	LST EN 13141-7 7.2.2 sk.	Eksplotacinių charakteristikų nustatymas, naudojant standartizuotus ortakius. Slėgių skirtumo metodas. Oro srautas nustatomas skirtuminiais slėgio įtaisais. Elektrinės galia nustatoma vatmetro metodu. Specifinės galios apskaičiavimas
	Temperatūrų santykis Drėgmės santykis	LST EN 13141-7 7.3 sk. išskyrus 7.3.7	Temperatūros ir santykinės drėgmės matavimo metodas
	Garso galios lygis A svertinis garso galios lygis Garso galios lygiai 1/1 ir 1/3 oktavų dažnių juostose (31,5 – 10000) Hz	LST EN 13141-7 7.4.2 sk.	Garso slėgio lygio matavimai. Beveik laisvo lauko virš atspindinčios plokštumos metodas

Bet kurio tipo triukšmo šaltinis (maksimalūs gabaritiniai matmenys a×b×h: 4m×4m×3,5 m)	Garso galios lygis A svertinis garso galios lygis Garso galios lygiai 1/1 ir 1/3 oktavų dažnių juostose (31,5 – 10000) Hz	LST EN ISO 3744	Garso slėgio lygio matavimai. Beveik laisvo lauko virš atspindinčios plokštumos metodas
Gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginiai (ortakio skersmuo nuo 100 iki 500 mm)	Garso galios lygis A svertinis garso galios lygis Garso galios lygiai 1/1 ir 1/3 oktavų dažnių juostose (31,5 – 10000) Hz	LST EN 13141-7 7.4.3 sk.	Ventiliatorių ir kitų orpūtnių įtaisų spinduliuojamo į kanalą garso galios nustatymo metodas
Vėdinimo įrenginiai, rekuperatoriai, šilumokaičiai	Išorinis nuotėkis	LST EN 308 6.1.2.1, 6.1.2.2 sk.	Slėgių skirtumo metodas
	Statinis vidinis nuotėkis	LST EN 308 6.1.5 sk.	Temperatūros ir santykinės drėgmės matavimo metodas
	Efektyvumo bandymas	LST EN 308 6.1.3 sk.	Slėgių skirtumo metodas
Oro ruošimo agregatai	Slėgio sumažėjimas	LST EN 308 6.1.3 sk.	Slėgių skirtumo metodas
	Korpuso nuotėkis	LST EN 1886 6 sk.	Slėgių skirtumo metodas
	Oro filtro tvirtinimo konstrukcijos nuotėkis	LST EN 1886 7 sk.	Slėgių skirtumo metodas
Ortakiai garso slopintuvai ir skirstytuvai	Korpuso įneštinis silpninimas Garso galios lygiai 1/1 ir 1/3 oktavų dažnių juostose (31,5 – 10000) Hz	LST EN 1886 9 sk.	Garso slėgio lygio matavimai. Garso slėgio lygių skirtumo metodas. Beveik laisvo lauko virš atspindinčios plokštumos metodas
	Įneštinis silpninimas Garso galios lygiai 1/1 ir 1/3 oktavų dažnių juostose (31,5 – 10000) Hz	LST EN ISO 7235 6.2 sk.	Ventiliatorių ir kitų orpūtnių įtaisų spinduliuojamo į kanalą garso galios nustatymo metodas
	Visuminis slėgio sumažėjimas Visuminio slėgio sumažėjimo koeficientas	LST EN ISO 7235 6.5 sk. išsk. 6.5.2.2	Oro slėgio lygio matavimai. Slėgių skirtumo metodas

* Nustatytas ir taikomas visai akreditavimo sričiai lankstumo atvejis – bandymų metodus aprašančių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių dokumentų taikymas.

Aktuali akreditavimo sritis skelbiama interneto svetainėje adresu: www.siventa.lt

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, priedas