

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.06.024

Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtina, kad

atitinka

UAB „ŠILUMOMATIS“ Kontrolės įstaiga

LST EN ISO/IEC 17020:2012

juridinio asmens pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė „ŠILUMOMATIS“
juridinio asmens kodas: 148084393

reikalavimus

ir yra kompetentinga vykdyti:

**matavimo priemonių tikrinimą
kaip A tipo kontrolės įstaiga**

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2009-03-10**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2024-03-04**

Dėstoma versija patvirtinta: **2024-02-14**

Pažymėjimas galioja iki: **2029-03-03**

Direktorė



DALIA BALEŽENTĖ

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimu.
Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje nab.lrv.lt.






AKREDITAVIMO SRITIS

UAB „ŠILUMOMATIS“ Kontrolės įstaiga, akredituota kaip *A tipo kontrolės įstaiga* LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

J. Basanavičiaus g. 69A, LT-36209 Panevėžys

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Šilumos skaitikliai Debito matavimo ribos (0,012 ... 32,0) m ³ /h Temperatūrų ribos $3K \leq \Delta\theta \leq 160K$ Tikslumo klasės: - 4, 5 pagal OIML R75 - 2, 3 pagal LST EN 1434	Metrologinė patikra	BPM 111955219-45:2023 (galioja nuo 2024-06-01)
Šilumos energijos skaitikliai Debito matavimo ribos (0,012 ... 32,0) m ³ /h Temperatūrų ribos $3K \leq \Delta\theta \leq 160K$ Tikslumo klasės: - 4, 5 pagal OIML R75 - 2, 3 pagal LST EN 1434	Metrologinė patikra	BPM 8871101-45:2001 PAPILDYMAS A, 2004-09-07 PAPILDYMAS B, 2006-11-13 (galioja iki 2024-05-31)
Šalto vandens ir karšto vandens skaitikliai Debito matavimo ribos (0,012 ... 32,00) m ³ /h. Tūrio matavimo paklaida: $\pm 5\%$ esant debitui $Q_{min.} \leq Q < Q_t$ $\pm 2\%$ esant debitui $Q_t \leq Q \leq Q_{n.1}$, Q_{x2} ir vandens temperatūrai iki 30 °C $\pm 3\%$ esant debitui $Q_t \leq Q \leq Q_{n.1}$, Q_{x2} ir vandens temperatūrai virš 30 °C	Metrologinė patikra	BPM 111955219-29:2023 (galioja nuo 2024-05-01)
Mechaniniai šalto vandens skaitikliai Debito matavimo ribos (0,012 ... 32,0) m ³ /h Tūrio matavimo paklaida: $\pm 5\%$ esant debitui $Q_{min.} \leq Q < Q_t$ $\pm 2\%$ esant debitui $Q_t \leq Q \leq Q_n$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-57:2002 PAKEITIMAS 1, 2004-07-19 (galioja iki 2024-04-30)



Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Mechaniniai karšto vandens skaitikliai Debito matavimo ribos (0,012 ... 32,0) m3 /h Tūrio matavimo paklaida: ± 5 % esant debitui $Q_{min.} \leq Q < Q_t$ ± 3 % esant debitui $Q_t \leq Q \leq Q_n$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-29:2002 PAKEITIMAS 1, 2004-07-19 (galioja iki 2024-04-30)
Elektromagnetiniai skysčio tūrio skaitikliai Debito matavimo ribos (0,012 ... 32,0) m3 /h Tikslumo klasė 2	Metrologinė patikra	BPM 8871101-91:2005
Mechaniniai slėgmačiai su tampriuoju matavimo elementu Matavimo ribos (0 ... 6) MPa Tikslumo klasės nuo 1 iki 5	Metrologinė patikra	BPM 111955219-13:2023 (galioja nuo 2024-06-01)
Techniniai manometrai Matavimo ribos (0 ... 6) MPa Tikslumo klasės nuo 1 iki 5	Metrologinė patikra	BPM 8871101-13:2000 (galioja iki 2024-05-31)

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, priedas