



Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.02.022, išduoto
2023-03-07, priedas, patvirtintas Nacionalinio akreditacijos
biuro direktoriaus 2023-03-07 įsakymu Nr.AK-47
Puslapis 1 (1)

Akredituota LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai
UAB „ELGAMA-ELEKTRONIKA“ KALIBRAVIMO IR PATIKROS LABORATORIJA
(Visorių g. 2, LT-08300 Vilnius)

AKREDITAVIMO SRITIS

Kalibravimo ir matavimo galimybė (anglų k. – CMC), išreikšta kaip:				
Matuojamas dydis	Kalibravimo metodo ar procedūros žymuo	Kalibruojamos matavimo priemonės tipas	Matavimo ribos ir kiti parametrai (jei taikoma)	Matavimo neapibrėžtis
Galia	KI 02.02-02, 7 leidimas, 2017.11.20	Darbiniai galios etalonai ir elektros energijos skaitiklių patikros standai	$U=(30\div 300)V$ $f=(45\div 65)Hz$ $\varphi=(0\div 360)^{\circ}$ $I=(0,005\div 120)A$	0,03 %

Direktorė

Dalia Baležentė