

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.099-06

Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtina, kad

atitinka

UAB „Inreda“ Kontrolės įstaiga

LST EN ISO/IEC 17020:2012

juridinio asmens pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė „INREDA“
juridinio asmens kodas: 123579415

reikalavimus

ir yra kompetentinga vykdyti:

matavimo priemonių tikrinimą kaip C tipo kontrolės įstaiga

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2022-10-24**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2023-11-28**

Dėstoma versija patvirtinta: **2025-05-13**

Pažymėjimas galioja iki: **2027-10-23**

Direktorė



DALIA BALEŽENTĖ

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimu.
Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje nab.lrv.lt.





AKREDITAVIMO SRITIS

UAB „Inreda“ Kontrolės įstaiga, akredituota kaip *C tipo kontrolės įstaiga* LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Kirtimų g. 21, LT-02300 Vilnius

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Degalų ir kitų skysčių (AdBlue, langų plovimo skysčio ir kt.) įpylimo kolonėlės Kai $V \geq 2$ L, leidžiamoji paklaida $\pm 0,5$ %, kai $0,4$ L $\leq V < 1$ L, leidžiamoji paklaida ± 1 %, kai 1 L $\leq V < 2$ L, leidžiamoji paklaida $\pm 0,02$ L	Metrologinė patikra	BPM 300637345-26:2024
Suskystintų naftos (propano-butano) dujų matavimo ir išduoto kiekio apskaitos sistemos degalinėse Maksimalus debitas 70 dm ³ /min Tūrio matavimo paklaida $\pm 1,0$ %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-35:2013 (galioja iki 2025-06-30)
Suskystintų naftos dujų įpylimo kolonėlės Maksimalus debitas 70 dm ³ /min Tūrio matavimo paklaida $\pm 1,0$ %	Metrologinė patikra	BPM 111950581-35:2024 (galioja nuo 2025-07-01)
Skystų produktų talpyklos Talpyklos gradavimo paklaida: -vertikali cilindrinė talpykla $\pm 0,2$ % -horizontali cilindrinė talpykla $\pm 0,3$ % -kitos talpyklos $\pm 0,5$ %	Metrologinė patikra	BPM 300637345-01:2013

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip
Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, priedas