

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS Nr. LA.183-01

Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtina, kad

atitinka

**UAB „Saybolt-Baltija“
Cheminė laboratorija**

LST EN ISO/IEC 17025:2018

reikalavimus

juridinio asmens pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "SAYBOLT - BALTIJA"
juridinio asmens kodas: 111538834

ir yra kompetentinga vykdyti:

naftos produktų, bitumo ir bituminių rišiklių tyrimus

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2020-11-11**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2025-11-11**

Dėstoma versija patvirtinta: **2025-11-05**

Pažymėjimas galioja iki: **2030-11-10**

Direktorė



DALIA BALEŽENTĖ

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimu.
Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje nab.lrv.lt.



UAB „Saybolt-Baltija“ Cheminė laboratorija, akredituota LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Burių g.17, LT-92276 Klaipėda

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma)	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
Benzinas	Tankis, esant 15°C	ISO 12185	Osciliacinė densimetrija (Vibracinis U vamzdelio metodas)
	Sieros kiekis	ISO 20846	Ultravioletinė (UV) fluorescencija
Dyzelinas	Tankis, esant 15°C	ISO 12185	Osciliacinė densimetrija (Vibracinis U vamzdelio metodas)
	Pliūpsnio temperatūra	ISO 2719, (A metodas) (Automatinis prietaisas)	Kaitinimas (Penskio-Martenso uždarėjo tiglio metodas, A)
	Sieros kiekis	ISO 20846	Ultravioletinė (UV) fluorescencija
Mazutas	Tankis, esant 15°C	ISO 12185	Osciliacinė densimetrija (Vibracinis U vamzdelio metodas)
	Pliūpsnio temperatūra	ISO 2719, (B metodas) (Automatinis prietaisas)	Kaitinimas (Penskio-Martenso uždarėjo tiglio metodas, B)
	Sieros kiekis	ISO 8754	Rentgeno fluorescencinė spektrometrija
Bitumas ir bituminiai rišikliai	Penetracija	LST EN 1426	Adatos metodas
	Minkštėjimo temperatūra	LST EN 1427	Žiedo ir rutulio metodas

* Nustatytas ir taikomas visai akreditavimo sričiai lankstumo atvejis:

1 lankstumo atvejis – tyrimų metodus aprašančių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių dokumentų arba lygiaverčių dokumentų taikymas.

Aktuali akreditavimo sritis skelbiama interneto svetainėje adresu <https://www.corelab.com/analytical/>



Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, priedas