

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.119-06

Nacionalinė akreditacijos įstaiga patvirtina, kad

atitinka

UAB „Axioma servisas“ laboratorija

LST EN ISO/IEC 17020:2012

juridinio asmens pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Axioma servisas"
juridinio asmens kodas: 304602530

reikalavimus

ir yra kompetentinga vykdyti šią akredituotą veiklą:

**matavimo priemonių tikrinimą
kaip C tipo kontrolės įstaiga**

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2024-12-06**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2024-12-06**

Dėstoma versija patvirtinta: **2026-02-17**

Pažymėjimas galioja iki: **2029-12-05**

Akreditacijos departamento direktorius



TADAS JUODELIS

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinės akreditacijos įstaigos sprendimu. Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje lasa.lrv.lt.





AKREDITAVIMO SRITIS

UAB „Axioma servisas“ laboratorija, akredituota kaip *C tipo kontrolės įstaiga* LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Alkoholio koncentracijos iškvėpiamame ore matavimo priemonės, alkoholio koncentracijos β matavimo ribos nuo (0 iki β max) mg/l Leidžiamoji paklaida pagal OIML R 126-1: $\beta < 0,4$ mg/l $\pm \leq (0,02 \dots 0,03)$ mg/l $0,4$ mg/l $\leq \beta \leq 2,0$ mg/l $\pm \leq (5 \dots 7,5)\%$ $\beta > 2,0$ mg/l $\pm \leq ((\beta/2 - 0,9) \dots ((3 \cdot \beta)/4 - 1,35))$ mg/l; pagal LST EN 15964: $\beta \leq 0,2$ mg/l $\pm \leq 0,02$ mg/l $\beta > 0,2$ mg/l $\pm \leq 10\%$	Metrologinė patikra	BPM 111950581-78:2024
Sprogių dujų matavimo sistemos ir analizatoriai – signalizatoriai Matavimo ribos (0...50) % ASR/AUR Paklaida ± 5 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-112:2006 (galioja iki 2026-04-03)
Toksinių dujų matavimo sistemos ir analizatoriai (0...30) % tūrio O ₂ paklaida: $\pm 5\%$ ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-121:2007 (galioja iki 2026-04-03)
Sprogių, toksinių ir deguonies dujų analizatoriai ir signalizatoriai, turintys matavimo funkciją Leidžiamosios paklaidos: Sprogių dujų matavimo sistemos ir analizatoriai – signalizatoriai (0...100) % CH ₄ ASR/AUR Paklaida ± 5 % ir didesnė;	Metrologinė patikra	BPM 111950581-121:2025 (galioja nuo 2026-04-04)



Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Toksinių ir deguonies dujų matavimo sistemos ir analizatoriai – signalizatoriai: CO (0...2000) ppm; H ₂ S (0...500) ppm; NH ₃ (0...1200) ppm; NO (0...2000) ppm; O ₂ (0... 25) %; SO ₂ (0...1700) ppm; CO ₂ (0...100) tūr. %. Paklaida: ±5% ir didesnė		

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip
Nacionalinės akreditacijos įstaigos sprendimo, kuriuo jis patvirtintas, priedas