

**AB "ACHEMA" METROLOGIJOS LABORATORIJOS
AKREDITAVIMO SRITIS**

Fizikinis dydis	Kalibruojamos matavimo priemonės pavadinimas, tipas	Matavimų ribos	Kalibravimo ir matavimo galimybė (CMC)	Norminio ar kito dokumento, nustatančio kalibravimo metodus, žymuo	Pastabos
Slėgis	Etaloniniai deformaciniai manometrai ir vakuumetrai 0,25 ir žemesnės tikslumo klasių	Etaloniniai manometrai, su 100 padalų (sąlyginių vienetų) skale: -96 kPa ...60 MPa Etaloniniai manometrai, su 250 padalų (sąlyginių vienetų) skale: -96 kPa ...60 MPa	$(14,0 \times 10^{-4} \times P)$ P – 100 sąlyginių vienetų $(12,8 \times 10^{-4} \times P)$ P – 250 sąlyginių vienetų kai $k = 2$	ML-241-I.1.2:2015	
Ilgis	Sietai	(0,3...125,0) mm	$(0,002 + 5 \times 10^{-6} \times L)$ mm kai $k = 2$	ML-241-I.3.1:2015	L – matuojamojo ilgio vertė, mm
Masė	Statinio svėrimo elektroninės svarstyklės I ir II (ypač didelio ir didelio) tikslumo klasių (0,01...500) g, $d \geq 0,1$ mg (0...25000) g, $d \geq 10$ mg	Svarstyklės elektroninės, kalibruojamos svarsčiais: F1 t.kl. (0,01...200) g F1, F2 t.kl. (0,5...6000) g (0,1...25) kg	$(0,08 + 2,5 \times 10^{-7} \times R)$ mg $(8,17 + 0,40 \times 10^{-7} \times R)$ mg $(81,74 + 5,3 \times 10^{-8} \times R)$ mg kai $k = 2$	ML-241-I.4.1:2015	R – svarstyklių rodmuo

Fizikinis dydis	Kalibruojamos matavimo priemonės pavadinimas, tipas	Matavimų ribos	Kalibravimo ir matavimo galimybė (CMC)	Norminio ar kito dokumento, nustatančio kalibravimo metodus, žymuo	Pastabos
	Svarsčiai M1, M2, M3 tikslumo klasių	100 g, 200 g 500 g, 1000 g, 2000 g,	0,13 mg 8,2 mg 8,3 mg kai $k=2$	ML-241-I.4.5:2015	
		5 kg, 10 kg, 20 kg	12 mg 94 mg kai $k=2,28$	ML-241-I.4.6:2013	

Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus pavaduotojas

Tadas Juodelis