

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.259-01

Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtina, kad

atitinka

**Heidelberg Materials Research
Laboratory LT**

LST EN ISO/IEC 17025:2018

reikalavimus

juridinio asmens pavadinimas: Heidelberg Materials Lietuva Cementas UAB
juridinio asmens kodas: 302525117

ir yra kompetentinga vykdyti:

cemento, užpildų, betono mišinio ir sukietėjusio betono bandymus bei ėminių ėmimą

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2025-07-28**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2025-07-28**

Dėstoma versija patvirtinta: **2025-07-28**

Pažymėjimas galioja iki: **2030-07-27**

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas



TADAS JUODELIS

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimu. Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje nab.lrv.lt.



Heidelberg Materials Research Laboratory LT, akredituota **LST EN ISO/IEC 17025:2018** atitikčiai

Veiklos vykdymo vietų adresai pateikiami prieš nurodant konkrečiu adresu vykdomą akredituotą veiklą:

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma)	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
Technikos g. 7K, LT-51209 Kaunas			
Cementas	Ėminio ėmimas ir paruošimas	LST EN 196-7:2008 LST EN 196-7:2008/P:2008	Ėminio ėmimas iš maišų, iš mažų talpyklų, iš transporto priemonių, iš silosų
	Tešlos normali konsistencija	LST EN 196-3:2017	Strypelio smigio gylio matavimas Viko prietaisu
	Rišimosi trukmės	LST EN 196-3:2017	Adatos smigio gylio matavimas Viko prietaisu
Užpildai	Ėminio ėmimas	LST EN 932-1:2001	Iš krūvų
	Laboratorinio ėminio dalijimas	LST EN 932-2:2002	Ėminio sumažinimas ketvirčiuojant
	Granulimetrinė sudėtis	LST EN 933-1:2012	Plovimo ir sijojimo metodas
Betono mišinys	Ėminio ėmimas	LST EN 12350-1:2019	Vietinio ir sudėtinio ėminio ėmimas
	Tankis	LST EN 12350-6:2019	Sutankinto mišinio svėrimas, žinomo tūrio ir masės inde
	Slankumas	LST EN 12350-2:2019	Sutankinto betono mišinio konsistencijos įvertinimas pagal betono suslūgimo atstumą nuėmus kūgį
	Oro kiekis	LST EN 12350-7:2019 LST EN 12350-7:2019/AC:2022	Slėgio matavimo metodas

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma)	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
Sukietėjęs betonas	Forma ir matmenys	LST EN 12390-1:2021	Betono bandinių (kubų, cilindų, prizmių) matmenų matavimas
	Gniuždymo stipris	LST EN 12390-3:2019	Bandinių gniuždymas iki suirimo
	Tankis	LST EN 12390-7:2019 LST EN 12390-7:2019/AC:2021	Apskaičiuojant nustatytos masės ir tūrio santykį
Švepelių g. 5, LT-94103 Klaipėda			
Užpildai	Ėminio ėmimas	LST EN 932-1:2001	Iš krūvų
Cementas	Ėminio ėmimas ir paruošimas	LST EN 196-7:2008 LST EN 196-7:2008/P:2008	Ėminio ėmimas iš maišų, iš mažų talpyklų, iš transporto priemonių, iš silosų
Betono mišinys	Ėminio ėmimas	LST EN 12350-1:2019	Vietinio ir sudėtinio Ėminio ėmimas
	Tankis	LST EN 12350-6:2019	Sutankinto mišinio svėrimas, žinomo tūrio ir masės inde
	Slankumas	LST EN 12350-2:2019	Sutankinto betono mišinio konsistencijos įvertinimas pagal betono suslūgimo atstumą nuėmus kūgį
	Oro kiekis	LST EN 12350-7:2019 LST EN 12350-7:2019/AC:2022	Slėgio matavimo metodas

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, priedas