



Akredituota LST EN ISO/IEC 17025:2005 atitikčiai

UAB „TETAS“ LABORATORIJA

(Motorų g. 2, Vilnius)

AKREDITAVIMO SRITIS

Bandomojo / tiriamojo objekto pavadinimas	Bandymo/tyrimo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas	Normatyvinio arba kito dokumento, nustatančio bandymų metodus žymuo, skyrius, punktas (kur tinka)
1	2	3
Srovės matavimo transformatoriai Matavimo ribos: $I_{1v}=(5\div 3000)$ A; $I_{2v}=1$ A; 5 A; Tikslumo klasės: 0,1; 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1,0; 3,0; 5P; 10P	Metrologinės charakteristikos	BPM 8871101-03:2013
Įtampos matavimo transformatoriai Matavimo ribos: $U_{1v}=(6\div 300)$ kV; $U_{2v}=100$ V; $100/\sqrt{3}$ V Tikslumo klasės: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 3,0; 3P; 6P	Metrologinės charakteristikos	BPM 8871101-63:2014 (PAKEITIMAS LR ūkio ministro įsakymas Nr. 4-571, 2015-09-10)
Kombinuotų matavimo transformatorių srovės matavimo dalis Matavimo ribos: $I_{1v}=(5\div 3000)$ A; $I_{2v}=1$ A; 5 A Tikslumo klasės: 0,1; 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1,0; 3,0; 5P; 10P	Metrologinės charakteristikos	BPM 8871101-03:2013
Kombinuotų matavimo transformatorių įtampos matavimo dalis Matavimo ribos: $U_{1v}=(6\div 300)$ kV; $U_{2v}=100$ V; $100/\sqrt{3}$ V Tikslumo klasės: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 3,0; 3P; 6P	Metrologinės charakteristikos	BPM 8871101-63:2014 (PAKEITIMAS LR ūkio ministro įsakymas Nr. 4-571, 2015-09-10)

Direktorius

Jurgis Šarmavičius